

KTG:n laatustandardit

- 1. KTG-signaalin on oltava laadultaan riittävän yhtäjaksoinen, jotta syke on luotettavasti luokiteltavissa**
 - Sikiön sykkeen on oltava tulkittavissa myös supistuksen aikana
 - Mikäli laatukriteerit eivät täyty ulkoisella anturilla, laita sisäinen valvonta
 - Supistusten rekisteröintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli sykekäyrässä on hidastumia
 -
- 2. Varmista, että ponnistusvaiheessa KTG:n laatu on hyvä**
- 3. Vaikka kyseessä on uudelleensynnyttäjä ja lapsen odotetaan syntyvän pian, laita aina sisäinen sykeseuranta, ellei signaali ole muuten riittävä**
- 4. Rekisteröi aina myös synnyttäjän syke**
- 5. Varmista imukupisynnytyksessä, että sikiön syke rekisteröityy ulkoisen anturin avulla, jos sisäinen anturi irrotetaan**